


Certificato di calibrazione di pressione



I data logger che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura e/o pressione sono:

- serie PressureDisk

I punti di calibrazione standard (la temperatura solo per PressureDisk, per PressureDisk 05 e PressureDisk V solo pressione) sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C
- 125°C
- 140°C
- 10 mbar
- 30 mbar (solo PressureDisk V)
- 100 mbar (solo PressureDisk V)
- 300 mbar (solo PressureDisk V)
- 1 bar (non per PressureDisk V)
- 2 bar (non per PressureDisk V)
- 3 bar (non per PressureDisk V)
- 4 bar (non per PressureDisk V)

Certificato di verifica calibrations / Calibration certificate

Modello / Model: Pressure Disk
 Numero di serie / Serial number: 100 000001

Temperature / Temperature

Temperatura di riferimento / Reference temperature	Temperatura Calibrata / Calibrated temperature	Scostamento del riferimento / Error
°C	°C	°C
25.0	25.0	0.00
50.0	50.0	0.00
75.0	75.0	0.00
100.0	100.0	0.00
125.0	125.0	0.00
140.0	140.0	0.00

Pressione / Pressure

Pressione di riferimento / Reference pressure	Temperatura / Temperature	Pressione calibrata / Calibrated pressure	Scostamento del riferimento / Error
mbar	°C	mbar	mbar
10	25.0	10.00	0.00
30	25.0	30.00	0.00
100	25.0	100.00	0.00
300	25.0	300.00	0.00
1000	25.0	1000.00	0.00

Camera di calibrazione / Calibration chamber: Brüel Kjaer Chamber Model MWP 240-03-08-01000
 Stato di calibrazione / Calibration status: OK (IP 10)
 Validato da / Validated by: UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733

