

# Certificato di calibrazione di temperatura standard

I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie TempStick (alcune versioni con certificati particolari)
- serie sensori intelligenti (alcune versioni con certificati particolari)
- serie TempUSB
- serie TempNFC
- serie TempPDF
- serie TempBLE

I punti di calibrazione standard sono:

- -30°C
- 0°C
- 20°C
- 60°C (tranne per la serie TempNFC senza custodia rigida il cui punto più alto è 50°C)



The image shows a sample of a calibration certificate for a TempStick data logger. It includes the company logo, technical specifications, and a table of calibration points.

Temperatura di riferimento Reference temperature	Temperatura misurata Measured temperature	Temperatura calcolata Calculated temperature	Residuo Residual
-30.00	-30.01	-30.00	0.01
0.00	0.00	0.00	0.00
20.00	20.01	20.00	0.01
60.00	60.01	60.00	0.01

Additional details from the certificate:  
- Data della stampante / Date of print: 08/11/2013  
- Data di calibrazione / Calibration date: 08/11/2013  
- Strumento calibrato / Calibration equip: 80050015  
- Strumento di calibrazione / Calibration instrument: Breda MPF 200 20.0000  
- Termometro campione / Reference thermometer: Platinum Resistor resistance Class Open, class A000306