

Certificato di calibrazione di temperatura standard



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie TempStick (alcune versioni con certificati particolari)
- serie sensori intelligenti (alcune versioni con certificati particolari)
- serie TempUSB
- serie TempNFC
- serie TempPDF
- serie TempBLE

I punti di calibrazione standard sono:

- -30°C
- 0°C
- 20°C
- 60°C (tranne per la serie TempNFC senza custodia rigida il cui punto più alto è 50°C)

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE
CALIBRAZIONE CERTIFICATA

Strumento / Instrument: Data Logger di temperatura / Temperature Data Logger

Costruttore / Manufacturer: Scandsoft srl

Modello / Model: TempStick

Numero di serie / Serial number: 0000020002040

Temperatura di riferimento Reference temperature	Temperatura misurata Measured temperature	Temperatura calcolata Calculated temperature	Residuo Residual
-30.00	-30.01	-30.00	0.01
0.00	0.06	0.00	0.06
20.00	20.02	20.00	0.02
60.00	60.01	60.00	0.01

Data della stampa / Date of print: 00/11/2013
Data di calibrazione / Calibration date: 00/11/2013
Stazione di calibrazione / Calibration setup: 0005/0015
Strumento di calibrazione / Calibration instrument: Sonda RTD 200 20.0000
Termometro campione / Reference thermometer: Platinum Resistence Delta Open 10002006

