

Certificato di calibrazione di temperatura standard

I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie TempStick (alcune versioni con certificati particolari)
- serie sensori intelligenti (alcune versioni con certificati particolari)
- serie TempUSB
- serie TempNFC
- serie TempPDF
- serie TempBLE

I punti di calibrazione standard sono:

- -30°C
- 0°C
- 20°C
- 60°C (tranne per la serie TempNFC senza custodia rigida il cui punto più alto è 50°C)



Tecnosoft s.r.l.		Società a partecipazione paritetica	
Via Galvani, 4 - 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy		Via Galvani, 4 - 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy	
Tel: (+39) 02 2692 2888 - Fax: (+39) 02 2692 2875		Tel: (+39) 02 2692 2888 - Fax: (+39) 02 2692 2875	
Email: info@tecnosoft.eu - Web: www.tecnosoft.eu		Email: info@tecnosoft.eu - Web: www.tecnosoft.eu	
Certificato di calibrazione CALIBRATION CERTIFICATE			
Strumento / Instrument:		Data Logger di temperatura / Temperature Data Logger	
Costruttore / Manufacturer:		Tecnosoft srl	
Modello / Model:		TempStick	
Numero di serie / Serial number:		000002000204C	
Temperatura di riferimento Reference temperature	Temperatura misurata Measured temperature	Temperatura calcolata Calculated temperature	Scostamento dal riferimento Offset
-30.00	-30.01	-30.00	0.00
-5.00	-5.00	-5.00	0.00
20.00	20.00	20.00	0.00
50.00	50.00	50.00	0.00
Data della stampa / Date of print: 00/11/2013			
Data di calibrazione / Calibration date: 00/11/2013			
Scadenza calibrazione / Calibration expiry: 00/05/2015			
Strumento di calibrazione / Calibration instrument: Sonda RTD 200 20.0000			
Termometro campione / Reference thermometer: Platinum Resistor resistance Class 0.1en su 1000000			

