

Certificato di calibrazione di umidità



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di umidità sono:

- HumiStick
- serie HumiUSB
- HumiPDF
- RHTPUSB
- PressPDF
- serie RHTemp

I punti di calibrazione standard, tranne per la serie RHTemp, sono:

- 5°C
- 30°C
- 50°C
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

I punti di calibrazione standard, per la serie RHTemp, sono:

- 25°C
- 50°C
- 80°C
- 125°C (solo per RHTemp 125)
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

Certificato di verifica calibrazione
Certificate of calibration verification

Strumento / Instrument: Data Logger di temperatura e Umidità / Temperature and Humidity Data Logger
Costruttore / Manufacturer: Tecnosoft
Modello / Model: HumStick
Numero di serie / Serial Number: 1000028000740

Temperatura di riferimento / Reference temperature °C	Temperatura misurata / Temperature measured °C	Scostamento rispetto al riferimento / Error
0,0	0,00	0,02
50,0	50,01	0,00
100,0	100,00	0,00

Umidità nominale / Nominale humidity %RH	Umidità registrata / Measured humidity %RH	Scostamento rispetto al riferimento / Error
30,0	30,16	0,16
50,0	50,16	0,16
70,0	70,16	0,16

Stampato in data / Printed on: 01/08/2016
Data di calibrazione / Calibration date: 01/08/2016 YAMA / YAMA: 01/08/2011
Camera climatica / Climate chamber: Climatic Chamber Model: MIP 240-20-10002

