

Certificato di calibrazione di umidità



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di umidità sono:

- HumiStick
- serie HumiUSB
- HumiPDF
- RHTPUSB
- PressPDF
- serie RHTemp

I punti di calibrazione standard, tranne per la serie RHTemp, sono:

- 5°C
- 30°C
- 50°C
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

I punti di calibrazione standard, per la serie RHTemp, sono:

- 25°C
- 50°C
- 80°C
- 125°C (solo per RHTemp 125)
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

Certificato di verifica calibrazione
Certificate of calibration verification

Strumento / Instrument: Data Logger di temperatura e Umidità Temperature and Humidity Data Logger
Costruttore / Manufacturer: Tecnosoft
Modello / Model: HumiStick
Numero di serie / Serial Number: 1000028000740

Temperatura di riferimento Reference temperature °C	Temperatura misurata Temperature measured °C	Scostamento rispetto al riferimento Error
0.0	0.0	0.0
50.0	50.0	0.0
100.0	100.0	0.0

Umidità nominale Nominale umidità di riferimento Reference Humidity Standard RH%	Umidità registrata Measured Humidity	Scostamento rispetto al riferimento Error
30.0	30.0	0.0
50.0	50.0	0.0
70.0	70.0	0.0

Tracce Visuali / Visual Traces: 01/08/2016
Data di Calibrazione / Calibration Date: 01/08/2016 YAMAHA/YAMAHA 21082011
Camera climatica / Climate Chamber: Climate Chamber Model: MP 240-20-10002

