

Certificato di calibrazione per alte temperature



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie SterilDisk
- serie Micro
- serie MicroW (alcune versioni con certificati particolari)
- serie S-Disk J (alcune versioni con certificati particolari)
- serie Radio

I punti di calibrazione standard sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C (ultimo punto per le serie Pasteur- e P-)
- 125°C
- 140°C

Certificato di calibrazione / Calibration certificate

Modello / Instrumento: Data logger di temperatura / Temperature data logger
 Distributore / Manufacturer: TECNOFT s.r.l.
 Modello / Model: 95000002
 Numero di serie / Serial number: 95000002
 Numero certificato / Certificate number: 9500 10002

Temperatura di riferimento / Reference temperature	Temperatura calibrata / Calibration temperature	Scostamento da nominale / Deviation from nominal
25.75	24.75	0.98
50.00	49.00	1.00
75.00	74.00	1.00
100.00	99.00	1.00
125.00	124.00	1.00
140.00	139.00	1.00

Data di calibrazione / Calibration date: 2009/09/11
 Data interrogazione prossimo calibrazione / Inspection date for next calibration: 2009/09/11
 Modello di calibrazione / Calibration instrument: Sonda Termocoppia SSB-CT5000 SR111 100007
 Terminologia completa / Reference documentation: PEPAN-Termo-Accessori-000004-01
 Tecnosoft Data logger 95000002 s.r.l. 95000002 with calibration certificate 9500 10002

