Certificato di calibrazione per alte temperature

I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie SterilDisk
- serie Micro
- serie MicroW (alcune versioni con certificati particolari)
- serie S-Disk J (alcune versioni con certificati particolari)
- serie Radio

I punti di calibrazione standard sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C (ultimo punto per le serie Pasteur- e P-)
- 125°C
- 140°C

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733