

Certificato di calibrazione per alte temperature



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie SterilDisk
- serie Micro
- serie MicroW (alcune versioni con certificati particolari)
- serie S-Disk J (alcune versioni con certificati particolari)
- serie Radio

I punti di calibrazione standard sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C (ultimo punto per le serie Pasteur- e P-)
- 125°C
- 140°C

TECNOsoft
Via Galvani, 4 - 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
Tel: +39 02 2692 2888 - Fax: +39 02 2692 2875
Email: info@tecnosoft.eu - Web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733

Certificato di calibrazione / Calibration certificate

Modello / Instrument: Data logger di temperatura / Temperature data logger
Distributore / Manufacturer: TECNOsoft
Modello / Model: 98100002
Numero di serie / Serial number: 98100002
Numero certificato / Certificate number: 9800 10002

Temperatura di riferimento / Reference temperature	Temperatura calcolata / Calculated temperature	Tolleranza di riferimento / Reference tolerance
25.75	25.75	0.08
50.00	50.01	0.08
75.00	75.00	0.08
100.00	100.01	0.08
125.00	125.00	0.08
140.00	140.00	0.08

Data di calibrazione / Calibration date: 2009/09/11
Data interrogazione prossima calibrazione / Next calibration check date: 2009/09/11
Modello di calibrazione / Calibration instrument: Sonda Termocella: SSK-CT5000 SR111 10002
Terminologia completa / Reference Document: PEPAN: Termis: PEPAN_000004_01
Tecnosoft Data logger 98100002 con 98100002 nel software JARVALUP 10.000704.000001

